

報第 A 260032 号
平成 26 年 4 月 22 日

エア・ウォーター株式会社 殿

作業環境測定機関 11-4
埼玉県吉川市旭 8 番 3
株式会社日本環境調査研究所
Tel 048-991-9461

報 告 書

測定委託を受けた測定結果について下記のとおり御報告申し上げます。

記

1. 件 名 : 放射能測定作業
2. 試料及び数量 : 液体試料 …… 1 検体
3. 測 定 項 目 : γ 線スペクトル測定

4. 測定結果

A260032

試料名	核種	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム
I-131 (Bq/kg)	Cs-134 (Bq/kg)	Cs-137 (Bq/kg)
エフ・オートター株式会社 関東ガスサービス吉川工場 製品水 4/18 採取	検出限界未満 (0.47)	検出限界未満 (0.48)
		検出限界未満 (0.50)

()内の数値は、検出限界濃度を示す。

5. 測定方法

使用する測定器は、ゲルマニウム半導体検出器で、外部放射線に対して十分な遮蔽能力を有するものである。

① 試料を検出器中心に置き、測定を開始する。

② 測定終了後、文部科学省「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」平成4年度版に準拠したデータ解析をする。

6. 測定機器

ゲルマニウム半導体検出器 : ORTEC-GMX-20195-S

波高分析装置 : SEIKO EG&G製 MCA7600

解析プログラム : SEIKO EG&G製
EPSON AT-960 パーソナルコンピュータ

7. 測定日

平成26年4月21日

8. 測定責任者

安藤 佳明

放射性物質濃度測定結果

(γ線スペクトル測定)

核種	I-131	Cs-134
放射性物質濃度	検出限界未満	Bq/kg
検出限界濃度	0.47	Bq/kg
	0.48	Bq/kg
	検出限界未満	Bq/kg

試料	試験料名	IA・ウォーター株式会社 関東ガスサービス吉川工場 製品水 4/18採取	採取量	—	g
	試験料No.	—	供試量	2000.00	g
	採取日	平成26年4月18日	前処理	なし	
	採取時刻	13:00	備考		

放射能測定	検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GMX-20195-S, CFG-LB-GMX-SV				
	測定No.	GH0383				
	測定日時	平成26年4月21日 17時17分～				
	測定時間	3000 sec				
	容器	マリネリ容器(2L)	形状	液体		
	試験料高さ	—	備考			
	核種	I-131	備考			
	検出ピークチャンネル	910.531	ch	1989.044	ch	
	検出ピーク領域	905～916	ch	1983～1995	ch	
	検出ピークエネルギー	364.483	keV	795.867	keV	
	全計数	9	counts	2	counts	
	散乱計数	17	counts	3	counts	
	自然計数	0	counts	0	counts	
	妨害ピーク計数	0	counts	0	counts	
	正味計数※	—	counts	—	counts	
	計数効率	0.994	%	0.531	%	
	放出比	81.2	%	85.4	%	
	半減期	8.04	D	2.062	Y	
	減衰補正係数	1.00		1.00		
	検出限界計数	23	counts	13	counts	
備考		減衰補正無し ※正味計数が負の値の場合「-」と表記				

放射性物質濃度測定結果


(γ 線スペクトル測定)

核種	Cs-137	
放射性物質濃度	検出限界未満	Bq/kg
検出限界濃度	0.50	Bq/kg


試料	試験料名	エフ・ウオーター株式会社 関東ガスサービス吉川工場 製品水	採取量	—	単位	g
	試験料No.	—	供試量	2000.00		g
	採取日	平成26年4月18日	前処理	なし		
	採取時刻	13:00	備考			

放射能測定	検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GMX-20195-S, CFG-LB-GMX-SV				
	測定No.	GH0383				
	測定日時	平成26年4月21日 17時17分～				
	測定時間	3000 sec				
	容器	マリネリ容器(2L)	形状	液体		
	試験料高さ	— mm	備考			
	核種	Cs-137				
	検出ピークチャンネル	1653.446	ch			ch
	検出ピーク領域	1647 ~ 1659	ch			ch
	検出ピークエネルギー	661.66	keV			keV
	全計数	8	counts			counts
	散乱計数	7	counts			counts
	自然計数	0	counts			counts
	妨害ピーク計数	0	counts			counts
	正味計数※	1±4	counts			counts
	計数効率	0.632	%			counts
	放出比	85.21	%			%
	半減期	30	Y			%
	減衰補正係数	1.00				
	検出限界計数	16	counts			counts
備考	備考	減衰補正無し ※正味計数が負の値の場合「—」と表記				

(カウント)



(カウント)



ファイル名 : y:*GSV-GHYGH0376.chn
測定開始日時 : 2014年 04月 21日 11時 09分 14秒
コメント : BACKGROUND

チャンネル : 3000
リアルタイム : 3000 秒
エネルギーサイズ : 0 - 1638 KeV

GH0376.chn