


検査結果書

発行年月日 2016年6月22日

長野県大町市大町3500-1

御中



2416
子

検 体 受 理 日	2016年6月9日			商 品 名	ワンウェイ天然水
製 造 者	AW・ウォーター株式会社			賞 味 期 限	2017年3月7日
製 造 場 所	信濃大町工場			製 造 日	2016年6月8日
検査開始月日	2016年6月13日	検査終了月日	2016年6月21日	販 売 者	—

[illegible]

判 定	---
基準をはずれた項目	---

コード	クリタ分析センター株式会社 70209/BF164077	依頼者	M00095 若尾 空
送付先	営業部営業二課名古屋営業所		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、株式会社再春館「安心・安全」研究所にて実施。

水質検査者		
		

試験結果書

第 H1600100-01 号
平成28年6月17日

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和久田 俊裕

平成28年6月10日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	ワンウェイ天然水
製造(採取)年月日	2016年6月8日

【試験結果】

核 種	I-131	Cs-134	Cs-137
放射性物質濃度	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg
検出限界濃度	0.55 Bq/kg	0.49 Bq/kg	0.57 Bq/kg

試 料	試料名	ワンウェイ天然水			
	試料 No.	-	採 取 量	- kg	備考
	採取日	2016年6月8日	供 試 量	2.00073 kg	
	採取時刻	-	前処理法	なし	

試 験 方 法	γ 線スペクトル測定		
検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GC-2520 7500SL (CANBERRA)		
測定日時	2016/6/13 14:53		
測定時間	3000 sec		
使用容器	マリネリ容器(2L)	形 状	液体
試料高さ	- mm	備 考	-
核種	I-131	Cs-134	Cs-137
検出ピークチャンネル	728.61 ch	1209.07 ch	1323.04 ch
検出ピーク領域	725~732 ch	1205~1212 ch	1319~1327 ch
検出ピークエネルギー	364.48 keV	604.66 keV	661.64 keV
グロスカウンタ	30.0 counts	13.0 counts	11.0 counts
バックグラウンド	40.0 ± 5.7 counts	15.0 ± 3.7 counts	14.4 ± 3.6 counts
妨害カウンタ	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts
ピークバックグラウンド	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts
ピーク面積	-10.0 ± 7.9 counts	-2.0 ± 5.1 counts	-3.4 ± 4.9 counts
放出比	81.00 %	97.56 %	85.00 %
半減期	8.04 D	2.06 Y	30.20 Y
減衰補正係数	1.00	1.00	1.00
検出限界	30.4 counts	21.1 counts	20.8 counts
計算方法	積算法	積算法	積算法
備考	減衰補正なし		

株式会社 再春館安心安全研究所

〒 862-0924 熊本市中央区帯山4丁目17番1号

TEL:(096)385-1222 FAX:(096)385-1221 kensa@anshin-saishunkan.co.jp

スペクトルグラフ

測定コード M120160613145223

検出器番号 1

測定日時 2016年06月13日 14時54分


ライブタイム

3000 秒

リアルタイム

3001 秒

ワンウェイ天然水



スペクトルグラフ

測定コード B120160603200107

検出器番号 1

測定日時

2016年06月03日 20時02分

ライブタイム
リアルタイム

172800 秒
172826 秒

