

検査結果書

発行年月日 2016年11月21日

AW・ウォーター株式会社 吉川工場



クリタ分析センター 株式会社
滋賀県草津市笠山七丁目4番52号
〒525-0072 電話 077 (567) 2416
検査責任者 小野 由美子

検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検 体 受 理 日	2016年11月2日	商 品 名	AW・ウォーター（製造日 2016. 11. 01）
製 造 者	AW・ウォーター株式会社	賞 味 期 限	2017年4月30日
製 造 場 所	吉川工場	製 造 日	2016年11月1日
検査開始月日	2016年11月2日	検査終了月日	2016年11月15日
		販 売 者	-----

[illegible]

判 定	---
基準をはずれた項目	---

コト	クリタ分析センター株式会社 70204/BM164001	依頼者	M00082 濱田 則之
送付先	営業部営業一課		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、株式会社再春館「安心・安全」研究所にて実施。

水質検査者		
		渡辺

試験結果書

第 H1600307-01 号
平成28年11月15日

AW・ウォーター株式会社 吉川工場 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和久田 俊裕

平成28年11月7日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	AW・ウォーターOW 製造日 2016.11.01
製造(採取)年月日	2016年11月1日

【試験結果】

核 種	I-131	Cs-134	Cs-137
放射性物質濃度	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg
検出限界濃度	0.50 Bq/kg	0.38 Bq/kg	0.51 Bq/kg

試 料	試料名	AW・ウォーターOW 製造日 2016.11.01			
	試料 No.	-	採 取 量	- kg	備考
	採取日	2016年11月1日	供 試 量	2.00000 kg	
	採取時刻	-	前処理法	なし	

試 験 方 法	γ 線スペクトル測定		
検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GC-2520 7500SL (CANBERRA)		
測定日時	2016/11/7 16:10		
測定時間	3000 sec		
使用容器	マリネリ容器 (2L)	形 状	液体
試料高さ	- mm	備 考	-
核種	I-131	Cs-134	Cs-137
検出ピークチャンネル	728.61 ch	1209.07 ch	1323.04 ch
検出ピーク領域	725~732 ch	1205~1212 ch	1319~1327 ch
検出ピークエネルギー	364.48 keV	604.66 keV	661.64 keV
グロスカウント	22.0 counts	4.0 counts	9.0 counts
バックグラウンド	32.0 ± 5.1 counts	6.5 ± 2.5 counts	9.9 ± 3.0 counts
妨害カウント	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts
ピークバックグラウンド	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts
ピーク面積	-10.0 ± 6.9 counts	-2.5 ± 3.2 counts	-0.9 ± 4.2 counts
放出比	81.00 %	97.56 %	85.00 %
半減期	8.04 D	2.06 Y	30.20 Y
減衰補正係数	1.00	1.00	1.00
検出限界	27.7 counts	16.0 counts	18.3 counts
計算方法	積算法	積算法	積算法
備考	減衰補正なし		

株式会社 再春館安心安全研究所


〒 862-0924 熊本市中央区帯山4丁目17番1号

TEL:(096)385-1222 FAX:(096)385-1221 kensa@anshin-saishunkan.co.jp

スペクトルグラフ
測定コード B120161028174305

検出器番号 1
測定日時 2016年10月28日 17時44分

ライブタイム 172800 秒
リアルタイム 172819 秒



スペクトルグラフ
測定コード M120161107160853

検出器番号 1
測定日時 2016年11月07日 16時10分

ライブタイム 3000 秒
リアルタイム 3000 秒

AW・ウォーター 製造 2016.11.01

