


検査結果書

報告書 No. R11-2016-1995

発行年月日 2017年2月20日

埼玉県吉川市旭8-2

御中



檢查責任者

小 野 由 美

検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検体受理日	2017年2月3日	商 品 名	AW・ウォーター OW（製造日2017.02.01）
製 造 者	AW・ウォーター株式会社	賞 味 期 限	2017年10月31日
製 造 場 所	吉川工場	製 造 日	2017年2月1日
検査開始月日	2017年2月3日	検査終了月日	2017年2月17日
		販 売 者	---

[illegible]

判 定	---
基準をはずれた項目	---

コード	クリタ分析センター株式会社 70204/BM164001	依頼者	M00082 濱田 則之
送付先	営業部営業一課つくば営業所		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、株式会社再春館「安心・安全」研究所にて実施。

水質検査者		
		

試験結果書

第 H1600439-01 号
平成29年2月14日

AW・ウォーター株式会社 吉川工場 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和久田 俊裕

平成29年2月6日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	AW・ウォーター OW 製造日 2017.02.01
製造(採取)年月日	2017年2月1日

【試験結果】

核 種	I-131	Cs-134	Cs-137
放射性物質濃度	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg
検出限界濃度	0.41 Bq/kg	0.48 Bq/kg	0.49 Bq/kg

試 料	試料名	AW・ウォーター OW 製造日 2017.02.01			
	試料 No.	-	採 取 量	- kg	備考
	採取日	2017年2月1日	供 試 量	2.00088 kg	
	採取時刻	-	前処理法	なし	

試 験 方 法	γ 線スペクトル測定			
検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GC-2520 7500SL (CANBERRA)			
測定日時	2017/2/7 10:10			
測定時間	3000 sec			
使用容器	マリネリ容器(2L)	形 状	液体	
試料高さ	- mm	備 考	-	
核種	I-131	Cs-134	Cs-137	
検出ピークチャンネル	728.61 ch	1209.07 ch	1323.04 ch	
検出ピーク領域	725~732 ch	1205~1213 ch	1319~1327 ch	
検出ピークエネルギー	364.48 keV	604.66 keV	661.64 keV	
グロスカウント	22.0 counts	14.0 counts	11.0 counts	
バックグラウンド	19.2 ± 3.9 counts	13.1 ± 3.7 counts	9.0 ± 2.8 counts	
妨害カウント	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	
ピークバックグラウンド	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	
ピーク面積	2.8 ± 6.1 counts	0.9 ± 5.3 counts	2.0 ± 4.4 counts	
放出比	81.00 %	97.56 %	85.00 %	
半減期	8.04 D	2.06 Y	30.20 Y	
減衰補正係数	1.00	1.00	1.00	
検出限界	22.7 counts	20.6 counts	17.7 counts	
計算方法	積算法	積算法	積算法	
備考	減衰補正なし			

株式会社 再春館安心安全研究所

〒 862-0924 熊本市中央区帯山4丁目17番1号

TEL:(096)385-1222 FAX:(096)385-1221 kensa@anshin-saishunkan.co.jp

スペクトルグラフ

測定コード M120170207100827

検出器番号 1

測定日時 2017年02月07日 10時10分


ライブタイム

3000 秒

リアルタイム

3001 秒

AW*ウォーター OW 製造日 2017.02.01



スペクトルグラフ
測定コード B120170203180538

検出器番号 1
測定日時 2017年02月03日 18時06分

ライブタイム 172800 秒
リアルタイム 172823 秒

