

検査結果書

発行年月日 2017年3月22日

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場



検査責任者 小野 由美子

検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検 体 受 理 日	2017年3月8日			商 品 名	ワンウェイ天然水
製 造 者	AW・ウォーター株式会社			賞 味 期 限	2017年12月6日
製 造 場 所	信濃大町工場			製 造 日	2017年3月7日
検査開始月日	2017年3月8日	検査終了月日	2017年3月22日	販 売 者	---

[illegible]

判 定	---
基準をはずれた項目	---

コト*	クリタ分析センター株式会社 70209/BF164077	依頼者	M00095 若尾 空
送付先	営業部営業二課名古屋営業所		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、株式会社再春館「安心・安全」研究所にて実施。

水質検査者		
		

試験結果書

第 H1600479-01 号
平成29年3月14日

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和久田 俊裕

平成29年3月9日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	ワンウェイ天然水
製造(採取)年月日	2017年3月7日

【試験結果】

核 種	I-131	Cs-134	Cs-137
放射性物質濃度	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg
検出限界濃度	0.55 Bq/kg	0.52 Bq/kg	0.65 Bq/kg

試 料	試料名	ワンウェイ天然水			
	試料 No.	-	採 取 量	- kg	備考
	採取日	2017年3月7日	供 試 量	2.00018 kg	
	採取時刻	-	前処理法	なし	

試 験 方 法	γ 線スペクトル測定					
検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GC-2520 7500SL (CANBERRA)					
測定日時	2017/3/10 12:07					
測定時間	3000 sec					
使用容器	マリネリ容器(2L)	形 状		液体		
試料高さ	- mm	備 考		-		
核種	I-131	Cs-134		Cs-137		
検出ピークチャンネル	728.61 ch	1209.07 ch		1323.04 ch		
検出ピーク領域	725~732 ch	1205~1212 ch		1319~1327 ch		
検出ピークエネルギー	364.48 keV	604.66 keV		661.64 keV		
グロスカウンント	31.0 counts	14.0 counts		16.0 counts		
バックグラウンド	39.2 ± 5.6 counts	16.5 ± 3.9 counts		19.8 ± 4.2 counts		
妨害カウンント	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts		0.0 ± 0.0 counts		
ピークバックグラウンド	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts		0.0 ± 0.0 counts		
ピーク面積	-8.2 ± 7.9 counts	-2.5 ± 5.4 counts		-3.8 ± 5.8 counts		
放出比	81.00 %	97.56 %		85.00 %		
半減期	8.04 D	2.06 Y		30.20 Y		
減衰補正係数	1.00	1.00		1.00		
検出限界	30.1 counts	22.1 counts		23.4 counts		
計算方法	積算法	積算法		積算法		
備考	減衰補正なし					

株式会社 再春館安心安全研究所

〒 862-0924 熊本市中央区帯山4丁目17番1号

TEL:(096)385-1222 FAX:(096)385-1221 kensa@anshin-saishunkan.co.jp

スペクトルグラフ

測定コード M120170310120625

検出器番号 1

測定日時 2017年03月10日 12時07分


ライブタイム

3000 秒

リアルタイム

3001 秒

ワンウェイ天然水



スペクトルグラフ

測定コード B120170303160200

検出器番号 1

測定日時 2017年03月03日 16時02分

ライブタイム

172800 秒

リアルタイム

172820 秒

BG_172800sec

